

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

AMBULATORIO DI DIALISI					
Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note

1 AMBULATORIO DI DIALISI - REQUISITI STRUTTURALI

AMBDA01.XX.1.1

Le strutture ambulatoriali di dialisi in aggiunta ai requisiti minimi, strutturali, impiantistici, organizzativi e tecnologici generali e specifici per gli ambulatori (specialistici) dispongono di:

AMBDA01.AU.1.1.1 sala per la preparazione dell'acqua

Termine di adeguamento:
Imei1

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

AMBDA01.AU.1.1.2 sala dialisi con relativo bagno

Termine di adeguamento:
Imei1

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

AMBDA01.AU.1.1.3 climatizzazione in tutti i locali

Termine di adeguamento:
Imei1

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

AMBDA01.AU.1.1.4 tubature dell'acqua in plastica

Termine di adeguamento:
Imei1

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

AMBDA01.AU.1.1.5 uno scarico dell'acqua per ogni letto

Termine di adeguamento:
Imei1

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

AMBULATORIO DI DIALISI					
Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note

1 AMBULATORIO DI DIALISI - REQUISITI STRUTTURALI

AMBDA01.AU.1.2	La struttura é dotata in particolare di impianto idrico con:				
AMBDA01.AU.1.2.1	- presa per l'acqua con un minimo di 4/5 atm. Termine di adeguamento: I mesi		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
AMBDA01.AU.1.2.2	- clorazione dell'acqua: contenitore da 85-100 l. in plastica + una pompa per l'iniezione del cloro Termine di adeguamento: I mesi		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
AMBDA01.AU.1.2.3	- addolcimento dell'acqua: un addolcitore della portata minima di 8 m3 per ogni rigenerazione Termine di adeguamento: I mesi		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
AMBDA01.AU.1.2.4	- dechlorazione dell'acqua: un dechloratore automatico Termine di adeguamento: I mesi		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
AMBDA01.AU.1.2.5	- un apparecchio di osmosi inversa Termine di adeguamento: I mesi		<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni

Lista di verifica REQUISITI MINIMI SPECIFICI E DI QUALITA' PER L'AUTORIZZAZIONE

AMBULATORIO DI DIALISI

Codice	N° progressivo requisito AU o AC / N° progressivo requisito all'interno di ciascuna area Esplicitazione requisito	Elementi Indicatori di risultato	Auto valutazione	Verifica valutatori	Note
--------	--	-------------------------------------	---------------------	------------------------	------

1 AMBULATORIO DI DIALISI - REQUISITI STRUTTURALI

AMBDA01.AU.1.2.6 - una cella di controllo di conducibilità dell'acqua osmotizzata

Termine di adeguamento:
I mesi

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

2 AMBULATORIO DI DIALISI - REQUISITI TECNOLOGICI

AMBDA01.AU.2.1 Ogni letto è dotato di quadro elettrico, per il collegamento della unità dialitica, con proprio interruttore differenziale

Termine di adeguamento:
I mesi

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

3 AMBULATORIO DI DIALISI - REQUISITI ORGANIZZATIVI

AMBDA01.AU.3.1 Esiste la possibilità di dializzare pazienti infettivi in condizioni di sicurezza

Termine di adeguamento:
I mesi

<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> SI
<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/> NO

I requisiti strutturali e impiantistici non devono essere presi in considerazione nelle seguenti situazioni: 1. nuove strutture di cui è già stata autorizzata la realizzazione 2. strutture già esistenti alle quali è stato autorizzato ampliamento/trasferimento/ristrutturazione 3. strutture già esistenti il cui progetto è stato approvato negli ultimi 5 anni