



**RIFORMULAZIONE DI ALCUNI REQUISITI DI AUTORIZZAZIONE
DELL'AMBULATORIO SPECIALISTICO**

I seguenti requisiti strutturali dell'ambulatorio specialistico:

1.2.6 – “ Servizi igienici del personale “;

1.2.7 – “servizi igienici per gli utenti (dotati di antibagno se in comunicazione diretta con il locale adibito ad ambulatorio);

1.2.8 – “servizi igienici per gli utenti con handicap“;

1.3 – “I locali adibiti ad ambulatorio hanno superficie adeguata in funzione della tipologia e del volume delle prestazioni “-indicativamente non inferiore a 12 mq. 6 – “ I locali hanno pavimenti lavabili e disinfettabili“;

1.6.2 – “ I locali hanno pareti con rivestimento impermeabile e lavabile“.

sono così riformulati :

1.2.6 – 1.2.7 – 1.2.8 – “ Servizi igienici per gli utenti anche con handicap (dotati di antibagno se in comunicazione diretta con il locale adibito ad ambulatorio. L'antibagno non è obbligatorio qualora i servizi siano dotati di idoneo dispositivo di estrazione d'aria). Il servizio igienico può essere unico per la struttura con una dotazione di ambulatori fino a 4 (quattro) . Per ogni cinque ambulatori presenti la struttura deve avere n. 2 servizi igienici con le medesime caratteristiche e distinti per maschi e femmine. Per le strutture con più di dieci addetti presenti contemporaneamente i locali spogliatoio devono essere dotati di servizi igienici per il personale distinti per sesso.

1.3 “I locali adibiti ad ambulatorio hanno superficie adeguata in funzione della tipologia e del volume delle prestazioni “ non inferiore a 9 mq (in sostituzione di indicativamente non inferiore a 12 mq)

1.6 – 1.6.2 – “I locali, ove vengono erogate le prestazioni sanitarie, devono avere pareti e pavimenti lavabili e disinfettabili“.